



PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP N° 04/03

ELABORAÇÃO: 04/11/2024

REVISADO EM: 07/2026
PRÓXIMA REVISÃO: 07/2029

DESINFECÇÃO DE NEBULIZADOR

ELABORADO POR: PRISCILA KEVELIN SAVARIS

EXECUTANTE: PROFISSIONAL DO EXPURGO

ÁREA: EXPURGO – DESINFECÇÃO QUÍMICA

OBJETIVO:

Promover a técnica adequada de limpeza e desinfecção de materiais médicos hospitalares semi-críticos.

PROCEDIMENTO:

Separar o material (EPI's, solução de água e detergente de uso hospitalar preconizado, bacia plástica com tampa, esponja lisa, compressas ou panos limpos e secos, seringa de 20 ml);

1. Usar EPI corretamente para começar a limpeza e desinfecção;
2. Desconectar todas as peças do nebulizador, lavando cada peça com água e detergente enzimático preconizado;
3. Injetar a solução de água e detergente na luz do tubo, utilizando uma seringa de 20ml;
4. Enxaguar extensão "chicote" com pistola de água;
5. Colocar para escorrer e após, secar com ar comprimido;
6. Enxaguar as demais peças, interna e externamente;
7. Sobre um pano limpo deixe escorrer, manualmente complete a secagem quando necessário (a secagem é importante devido à rediluição da solução que será imerso o material);
8. Imergir todas as peças na solução de ácido peracético pelo tempo preconizado pelo fabricante; no recipiente opaco com tampa (a solução deverá ser identificada com o horário que foi diluída, data e assinatura legível do profissional de enfermagem responsável por esta e desprezado conforme orientação do fabricante);
9. Com o auxílio de uma pinça *cherron*, retire os materiais da solução, colocando-as em recipiente próprio para enxágüe;
10. Em água corrente enxágüe as peças rigorosamente;
11. Secar com pano limpo e seco;
12. Secar lúmen das extensões "chicote" com ar comprimido;
13. Guardar as peças montadas em formato de kit de material e embaladas com plástico transparente, devendo conter:
 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO,
 - DATA EM QUE FOI EMBALADO
 - DATA DE VALIDADE (7 dias a partir da data do processamento).



PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPOSIÇÃO DO KIT DE INALAÇÃO ADULTO E INFANTIL

01 extensão “chicote”

01 copo de nebulizador

01 máscara para nebulização adulto OU 01 máscara para nebulização infantil

14. Manter área limpa e organizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

MANUAL DE DESINFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – 2006 – SANTA CATARINA.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA DA ALTERAÇÃO	ALTERADO POR	REVISADO POR
	Priscila Kevelin Savaris Enfermeira	Priscila Kevelin Savaris Enfermeira
		Maria Aparecida de Souza Silva Enfermeira
		Daniela Minuzzo Pereira Secretária de Saúde GESTÃO 2025-2028
07/07/2026	Bianca de Paula Santos Enfermeira	Bianca de Paula Santos Enfermeira