



PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 425

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP Nº 28/03

ELABORAÇÃO: 04/07/2025

REVISÃO: Revisar em 07/2028
Ou sempre que necessário

FLUXO DE MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO

EXECUTANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

ÁREA: EXPURGO – CME

OBJETIVO:

Garantir a correta esterilização de instrumentais através do uso do óxido de etileno (ETO), assegurando a eficácia do processo e a segurança dos profissionais e pacientes.

1. Pré-lavagem do material na unidade consumidora. Acondicionamento em caixa de transporte. Seguir POP 14.03 – Controle de Solicitação e Distribuição de Material Esterilizado ou Desinfecção de Alto Nível.



2. Encaminhamento do material à enfermeira responsável (Enfª Maria).



3. Enfermeira responsável realiza o controle para envio à empresa contratada.

Seguir POP 29.03.



4. Após retorno do material esterilizado, Enfª Maria distribui às unidades requisitantes.



5. Retorno dos materiais às unidades consumidoras será conforme registros realizados na planilha de controle (POP 14.03).

Elaborado por:
Priscila Kevelin Savaris
Enfermeira
PRONTO ATENDIMENTO

Revisado por:
Maria Aparecida Souza e Silva
Enfermeira
Central de Materiais

Aprovado por:
Simone Chiaretti Steinhofel
Responsável Designada pela
Secretaria de Saúde
GESTÃO 2025-2028